



[DAMECA 930415](#)

SKU: AZ122025-K

Wichtiger Hinweis: Bei der Installation von Ersatzteilen an Anästhesiesystemen ist eine anschließende Leckageprüfung und eine **sicherheitstechnische Kontrolle (STK)** zwingend erforderlich, um die Patientensicherheit zu gewährleisten.



Categories: [Narkose und Beatmung](#),
[Patientenversorgung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bei der Nummer **Dameca 930415** handelt es sich um eine spezifische Ersatzteil- oder Baugruppennummer für Anästhesiegeräte des Herstellers **Dameca** (jetzt Teil von **Philips Healthcare**). In der Medizintechnik wird diese Nummer häufig mit dem **Patienten-Atemsystem (Cirkelsystem)** oder zugehörigen Komponenten wie Ventilen oder Filtern in Verbindung gebracht.

Systemzugehörigkeit und Funktionen

Die Komponente ist typischerweise in klassischen Anästhesiestationen von Dameca verbaut (z. B. Siesta-Serie):

- **Anwendung:** Sie ist Teil des extrakorporalen Kreislaufsystems, das für die Rückführung und Aufbereitung der Atemgase (Wiederatmung) zuständig ist.
- **Kompatibilität:** Da Dameca von Philips übernommen wurde, finden sich diese Bauteile oft in älteren **Philips Dameca Siesta i TS** oder **Siesta Breasy** Systemen.
- **Material:** Diese Baugruppen bestehen meist aus autoklavierbaren Kunststoffen oder Metallen, um den hygienischen Anforderungen im OP gerecht zu werden.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

