



[DRÄGER DRAEGER VAPOR 19.3 FÜR FORENE FORANE ISOFLURANE - ISOFLURAN](#)

SKU: K082025

Dräger Vapor 19.3 ist ein hochpräziser Inhalationsverdampfer, speziell entwickelt für die sichere und zuverlässige Verabreichung von *Forane Isoflurane (Isofluran)* in der Anästhesie. Er gewährleistet eine konstante Dosierung und optimale Steuerung der Narkosegase für eine schonende Patientenversorgung.



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Dräger Vapor 19.3** ist ein hochpräziser Inhalationsverdampfer, speziell entwickelt für die Verabreichung von **Forane (Isofluran)**, einem weitverbreiteten Inhalationsanästhetikum. Dieses Gerät gewährleistet eine sichere, kontrollierte und gleichmäßige Dosierung von Isofluran während chirurgischer Eingriffe und unterstützt somit eine optimale Narkoseführung.

Technische Merkmale und Vorteile:

- **Präzise Dosierung:** Der Vapor 19.3 ermöglicht eine exakte Einstellung der Isoflurankonzentration, wodurch die Anästhesietiefe individuell angepasst werden kann.
- **Kompatibilität:** Speziell kalibriert für *Forane (Isofluran)*, um eine optimale Verdampfung und Stabilität des Anästhetikums sicherzustellen.
- **Robustes Design:** Der Verdampfer ist widerstandsfähig und für den Einsatz in anspruchsvollen klinischen Umgebungen konzipiert.
- **Einfache Handhabung:** Intuitive Bedienung mit klaren Markierungen erleichtert das Einstellen und Ablesen der Konzentration.
- **Hohe Sicherheit:** Integrierte Sicherheitsmechanismen reduzieren das Risiko von Fehlbedienungen und

garantieren eine zuverlässige Funktion während der Operation.

Anwendungsbereiche:

Der Dräger Vapor 19.3 wird in der Anästhesie eingesetzt, um die Inhalationsnarkose mit Isofluran präzise zu steuern. Er eignet sich für:

- Allgemeinchirurgische Eingriffe
- Gynäkologische und urologische Operationen
- Pädiatrische und erwachsene Patienten
- Spezielle Anästhesieverfahren, die eine kontrollierte Isoflurangabe erfordern

Besondere Hinweise:

Der Vapor 19.3 sollte ausschließlich mit Isofluran (Forane) verwendet werden, um eine korrekte Funktion und Dosierung zu gewährleisten. Regelmäßige Wartung und Kalibrierung durch qualifiziertes Fachpersonal sind notwendig, um die Genauigkeit und Sicherheit des Verdampfers dauerhaft sicherzustellen.

Fazit: Der *Dräger Vapor 19.3* ist ein zuverlässiger und präziser Verdampfer für Isofluran, der durch seine technische Qualität und Benutzerfreundlichkeit die sichere Durchführung von Inhalationsnarkosen unterstützt und somit einen wichtigen Beitrag zur Patientensicherheit in der Anästhesie leistet.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

